

Quirófanos

Comparativa resultados Control Microbiológico en Quirófanos 2 y 4

Antes Después

QUIROFANO 2	Punto	Noviembre 2011 Ufc/m ³	Noviembre 2012 Ufc/m ³	Marzo 2013 Ufc/m ³
	1	4	36	0
	2	6	40	0
	3	6	46	0
	4	4	10	0
	5	2	8	2
	6	2	14	4

QUIROFANO 4	Punto	Noviembre 2011 Ufc/m ³	Noviembre 2012 Ufc/m ³	Marzo 2013 Ufc/m ³
	1	18	180	6
	2	28	100	8
	3	16	110	6
	4	22	150	6
	5	6	94	2
	6	2	110	8

Comparativa resultados Control Partículas en Quirófanos 2 y 4

QUIROFANO 2	Noviembre 2011 P/m ³	Noviembre 2012 Ufc/m ³	Marzo 2013 Ufc/m ³
	0,5 µm: 25586,7 5 µm: 873,6	0,5 µm: 637995,0 5 µm: 782,1	0,5 µm: 10893,6 5 µm: 566,2

QUIROFANO 4	Noviembre 2011 Ufc/m ³	Noviembre 2012 Ufc/m ³	Marzo 2013 Ufc/m ³
	0,5 µm: 103907,4 5 µm: 1807,7	0,5 µm: 139485,3 5 µm: 2613,4	0,5 µm: 6131,5 5 µm: 652,5

